

機械器具 48 注射筒
JMDNコード: 13929001 汎用注射筒
一般医療機器
インフィルトレーション シリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、液体を注入・投与するのに用いる。注射針を用いて薬液等の注入・投与に用いる。

本品はエチレンオキサイド滅菌済みである。

<形状>



<原材料>注射筒:ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、液体を注入・投与するのに用いる。注射針を用いて薬液等の投与に用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、包装開封後そのまま直ちに使用すること。
2. 注射針等他の器具と嵌合させ、通常どおり使用する。嵌合部は手で触れない。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 包装開封後、直ちに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。
2. 使用期限は包装に記載（自己認証による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者:

サイトリ・セラピューティクス株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麴町二丁目3番3号

FDC 麴町ビル

電話番号:03-6261-9072

**製造業者:

Henke-Sass, Wolf GmbH

ドイツ

